编号：YNH/AJ-15-02-2015

肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20142400581

检验日期：2025-06-17　　试剂盒批号：2250613

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

紫外可见分光光度计型号：L5　　紫外可见分光光度计编号：077015020215050006

试剂盒规格：

型号	规格
40 型	R1：32ml×4　R2：8ml×4

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
样本	Sinnowa	2250613	2026-06-12	100umol/L	
国家标准品	中国食品药品检定研究院	360050		82.5umol/L	
国家标准品	中国食品药品检定研究院	360050		308.8umol/L	
质控品	Sinnowa	2240522N	2027-5	110umol/L	88-121umol/L

检验项目	要求	结果		判定
	R1 和 R2 均为无色透明或淡黄色液体，均无悬浮物			
	7μmol/L，(70-5000]μmol/L 范围内，线性相对偏差不超过±10%。	浓度 3	1.44%	√
		浓度 4	7.20umol/L	√
		浓度 5	7.500umol/L	√
结论	检验是否合格。	合格		

检验人：　　复核人：　　批准人：