


临床生化质控血清出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求: 苏械注准 20172400256

检验日期: 2023.04.23 血清批号: 2230320U

检验项目	要求	结果	判定
试剂外观	淡黄或黄色冻干粉, 加水复溶后为淡黄色半透明液体, 无悬浮物和沉淀物。	符合要求	合格
净含量	不低于标示值。	符合要求	合格

检测项目	参考范围	检测结果	判定	判定	
总蛋白	60-80	64.40	0.94%	合格	合格
白蛋白	35-55	41.50	0.81%	合格	合格
球蛋白	20-30	22.90	0.31%	合格	合格
总胆红素	1.7-17.1	1.10	0.00%	合格	合格
丙氨酸氨基转移酶	0-40	1.80	0.00%	合格	合格
天门冬氨酸氨基转移酶	0-40	1.20	0.00%	合格	合格
乳酸脱氢酶	100-250	107	0.00%	合格	合格
肌酐	53-133	61.30	0.00%	合格	合格
尿酸	202-438	263.70	0.00%	合格	合格
葡萄糖	3.9-6.1	4.80	0.00%	合格	合格
甘油三酯	0.56-1.70	0.80	0.00%	合格	合格
胆固醇	2.26-5.72	3.10	0.00%	合格	合格
高密度脂蛋白胆固醇	0.92-1.91	1.30	0.00%	合格	合格
低密度脂蛋白胆固醇	1.92-4.11	1.80	0.00%	合格	合格
载脂蛋白A	1.01-1.93	1.30	0.00%	合格	合格
载脂蛋白B	0.67-1.49	0.80	0.00%	合格	合格
总钙	2.00-2.75	2.20	0.00%	合格	合格
总镁	0.75-1.25	0.90	0.00%	合格	合格
总铁	50-200	100	0.00%	合格	合格



检验人:

复核人:

批准人: