

编号: YNH/AJ-15-111-2011

血小板凝聚剂(胶原)出厂检验报告

试剂规格: 4ml (1ml×4)

检验仪器: PL-12

仪器编号: P2NH005C

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	无色透明液体。	符合要求	√
净含量	不低于标示量。	1.02ml	√
测定前应将试剂瓶充分摇匀取供测的样品进行检测			

检验:

检验合格日期:

检验:



检验人:                     

复核人:                     

检验日期: