

编号: YNH/AJ-15-112-2011

## 血小板诱聚剂(花生四烯酸)出厂检验报告

检验依据: 血小板诱聚剂(花生四烯酸)产品技术要求: 苏械注准 20182400895

检验日期: 2025.02.18

试剂盒批号: 2250213

检测量规格: 4ml (1ml\*4)

检验仪器: PL-12

仪器编号: P2NH005C

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	1. 血小板诱聚剂为冻干品, 外观为白色或淡黄色疏松粉末; 2. 去离子水复溶后为无色或淡黄色液体。	符合要求	✓
净含量	不低于标示量。	1.0ml	✓
重复性	测定值按标示值。血小板聚集率指数变异系数(CV)表示 高于10%。	100%	✓

血小板诱聚剂(花生四烯酸)出厂检验报告, 血小板聚集率指数变异系数(CV)表示

高于10%。

