

编号: YNH/AJ-15-16-2011

## 血小板诱聚剂（二磷酸腺苷）出厂检验报告

检验依据: 血小板诱聚剂（二磷酸腺苷）产品技术要求、药械注册证（国械注准20123400101）

规格型号: 200mg/50ml

生产日期: 2011.12.20

批号: 111201

有效期至: 2012.12.19

生产厂家: 云南迪安生物技术有限公司

检测项目	检测结果	判定
外观	无色澄明液体	合格
pH值	6.5-7.5	合格
渗透压	280-320mOsm/L	合格
细菌内毒素	≤0.5EU/ml	合格
可见异物	无	合格
不溶性微粒	符合药典规定	合格

检验员: 李华 审核员: 张明 日期: 2011.12.20

检验日期:

检验地点:


检验仪器:

检验方法: 参照《中国药典》二磷酸腺苷项下有关检查方法进行。

备注:

检验合格, 准予出厂。

合格



检验员: 李华

日期:

张明

日期:

2011.12.20