

编号: YNH/AJ-15-16-2011

血小板诱聚剂(二磷酸腺苷)出厂检验报告

检验依据: 血小板诱聚剂(二磷酸腺苷)产品技术要求, 苏械注准 20162400769

检验日期: 2025.06.10

试剂盒批号: 20250617

检验仪器: PL-12

仪器编号: Y21110010

生产规格: 4ml (1ml×4)、2ml (0.5ml×4) 抽检规格: 4ml (1ml×4)

外观检查	无色透明液体, 无悬浮物和沉淀物。	符合要求	√
均匀性	无明显异物颗粒。	无异物	√
重复性	测定血液标本时, 血小板聚集率的变异系数(CV)应不高于 10%。	2.87%	√
血小板聚集率	测定于常体温环境下时, 血小板聚集率应不高于 10%。	10.0%	√
结论	检验符合合格。		

