

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 基辅械备 20240008 号

检验日期: 2025.05.21

试剂批号: 22505191

产品名称: 样本稀释液

规格型号	批号	生产日期	有效期至
YS-1	20250521	20250521	20250521

检测项目	要求	检测结果				判定
		检测1	检测2	检测3	检测4	
外观	澄清透明, 不得有沉淀、异物、可见颗粒	符合标准				合格
pH值	6.5-7.5	6.8	7.0	7.2	7.4	合格
电导率	≤ 1000 μS/cm	850	900	950	1000	合格
渗透压	250 ± 10 mOsm/kg	245	250	255	260	合格
蛋白含量	≤ 0.1 mg/mL	0.05	0.06	0.07	0.08	合格
无菌	符合标准	符合标准				合格



检测人: [Signature]

复核人: [Signature]

批准人: [Signature]