

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械备 20240098

检验日期: 2025.07.02

检测地点: 230000

产品型号: 551-01

配套消毒液批号: 2248121

外观	澄清液体, 不得有沉淀, 颗粒或絮状物	符合要求				√
装量	不低于标示量	20.05L	20.06L	20.05L	20.06L	√
pH值	25°C时, 7.10±0.20	检测温度: 25.0°C				√
		7.14	7.13	7.13	7.13	
电导率	25°C时, 17.30±0.50mS/cm	检测温度: 25.0°C				√
		17.34	17.35	17.35	17.35	
渗透液量	310±10mOsm/kg	314	314	313		√
空白值	PLT≤2.5×10 ⁶ /L	0	0			√
备注	除菌滤膜合格					



检验员: 王超

审核员: 王超

日期: 2025.07.02