

编号: YNH/AJ-15-33-2016

生物分析仪用清洗液/试剂出厂检验报告

检验日期: 2025.03.14

试剂规格: 40 瓶 (K1:40ml*4, K2:10ml*4)

检验项目	要求	检验结果	器具/设备
外观检查	无杂质颗粒, 无异味, 颜色均匀, 澄清透明。	符合要求	
pH 值检查	符合标准要求。	7.76	
电导率检查	符合标准要求。	98.9%	
浊度检查	符合标准要求。	合格	



检验人:

复核人:

日期: