编号：YNH/AJ-15-51-2017

γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒出厂检验报告

（L-γ-谷氨酰-3-羧基-对硝基苯胺底物法）

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20182401501

生化仪机型：BS-480   生化仪编号：BS1K3001

紫外可见分光光度计型号：L3   紫外可见分光光度计编号：0770150202150300006

试剂盒规格：

100ml（3/7）[R1：20ml×4 R2：5ml×4]   300ml（3/7）[R1：60ml×4 R2：15ml×4]

线性测定	[10-500U/L]范围内，线性绝对偏差不超过5U/L，相对偏差	浓度1	1.12%
		浓度2	3.51%
		浓度3	1.33U/L
			2.17U/L
结论	检验是否合格。		合格

检验人：   复核人：   批准人：