

编号: YNH/AJ-15-42-2017

白蛋白检测试剂盒(溴甲酚绿法) 出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号 苏械注准 20172401823

检验日期: 2025-04-25

试剂盒批号: 2250423

生化仪型号: DS-401

生化仪编号: DS160001

检验项目: 白蛋白

有证参考物质: 北京市医疗器械检验所

GBW(E)090619

42.9g/L

检验判定

(0.12-0.17g/L 范围内, 检测结果在合格范围内, 符合 GBW(E)090619 的要求, 判定合格)

检验合格

2025年4月25日

检验员: 李XX

审核员: 王XX

批准人: 张XX

日期: 2025.04.25

地点: 苏州工业园区

备注: 无

