

编号: YNH/AJ-15-54-2011

胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱法) 出厂检验报告

生产厂家: 上海科华生物工程股份有限公司 营业执照号: 20142700330

检验日期: 2025-04-22

试剂盒批号: 2250418

生化仪机型: DS-401

生化仪编号: DS1K5001

紫外可见分光光度计型号: L5

紫外可见分光光度计编号: 077015020215050006

试剂盒规格:

型号	规格
160ml(40型)	R1: 32ml×4 R2: 8ml×4

校准品	制造商	批号	有效期至	靶值 (U/L)	范围 (U/L)
胆碱酯酶校准品	Randox CAL3	1374UE	2026-11	6334U/L	

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	R1 为无色或淡黄色透明液体, 无悬浮物及沉淀物。 R2 为无色透明液体, 无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示量	R1 34.0ml	√

胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱法) 出厂检验报告

检测日期: 2025-04-22

检测地点: 6334U/L

检测人: 张德林

检测人: 张德林

检测日期: 2025-04-22

检测地点: 6334U/L

检测人: 张德林

检测人: 张德林