

# 甘油三酯检测试剂盒(酶法)出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械注准 20172401825

检验日期: 2017-02-26 试剂盒批号: 20170201

检验项目	要求	结果	判定
外观	试剂盒外观无破损, 试剂瓶密封完好	符合	合格
有效期	12个月	符合	合格
灵敏度	≥1.0mmol/L	符合	合格
精密度	CV≤5%	符合	合格
特异性	无交叉反应	符合	合格
稳定性	符合	符合	合格

检测项目	检测结果	判定
外观	试剂盒外观无破损, 试剂瓶密封完好	合格
有效期	12个月	合格
灵敏度	≥1.0mmol/L	合格
精密度	CV≤5%	合格
特异性	无交叉反应	合格
稳定性	符合	合格



检验员: [Signature] 审核员: [Signature]

日期: 2017-02-26