试剂盒规格：					
校准品 2	Sinnowa	2250530	2026-05-29	1.6mmol/L	
肾脏参考物质	卫生部临床检验中心	GBW(E)091790	/	1.464mmol/L	

检验项目	要求	结果			判定
外观检查	R1 和 R2 均为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求			√
净含量测定	不低于标示值	40 型	R1	33.0ml	√
			R2	9.0ml	√
精密度测定	重复性	CV≤10.0%	2	3.72%	√
	批间差	R≤10.0%	/		/
[illegible]	相关系数应不小于 0.995		0.9999		√
[illegible]	品，相对偏差应不大于 10%。				
[illegible]	[illegible]				