

编号: YNH/AJ-15-56-2011

## 前白蛋白测定试剂盒出厂检验报告

检验日期: 2015-01-23

试剂盒批号: 2250121

生化仪机型: DS-401

生化仪编号: DS1KS001

紫外可见分光光度计型号: L5

紫外可见分光光度计编号: 077015020215050006


试剂盒规格: \_\_\_\_\_

检测项目	技术要求	检测结果		
		规格	判定	备注
空白吸光度测定	在340nm处,光径1cm时,空白吸光度 $A \leq 0.200$	R2 0.165	10.0ml √	
准确度测定	100%、60%、20%、10%、5%、0.5%、0.1%、0.05% 测定液浓度,相对偏差小于±10%	100% 11.5%	10.0ml √	

检测项目	技术要求	检测结果		
		规格	判定	备注
外观性状	试剂瓶密封, 试剂瓶内 试剂瓶无破损, 试剂瓶内试剂无沉淀, 试剂瓶 无漏液现象	41.00ml	√	
外观性状	试剂瓶密封, 试剂瓶内 试剂瓶无破损, 试剂瓶内试剂无沉淀, 试剂瓶 无漏液现象	41.00ml	√	
空白吸光度测定	在340nm处,光径1cm时,空白吸光度 $A \leq 0.200$	R2 0.165	10.0ml √	
准确度测定	100%、60%、20%、10%、5%、0.5%、0.1%、0.05% 测定液浓度,相对偏差小于±10%	100% 11.5%	10.0ml √	
检出限	空白测定小于0.1 (0mg/l)	14.00	√	
检出限	检出限应不大于1 (0mg/l)	√	√	
高浓度样品回收率	平行测定, 3次测定, 取平均值	100.0%	√	
低浓度样品回收率	平行测定, 3次测定, 取平均值	100.0%	√	
线性范围	线性范围符合说明书	15.0%	√	
线性范围	线性范围符合说明书	15.0%	√	
线性范围	线性范围符合说明书	15.0%	√	
线性范围	线性范围符合说明书	15.0%	√	

检测人: 王廷

检测人: 王廷



检测人: 王廷