

编号: YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称: 血小板分析仪专用清洗液


试剂批号: 22507081

检验日期: 2025.07.16

试剂规格: 1L、5L

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。					符合要求

pH 值	符合标准: 6.5-7.5, pH 7.00±0.05	✓
电导率	符合标准: 200-500 $\mu\text{S}/\text{cm}$	✓
血小板分析仪专用清洗液	符合标准: $100-200 \times 10^4/\text{L}$	✓
血小板分析仪专用清洗液	符合标准: $100-200 \times 10^4/\text{L}$	✓
备注		



检测人: 李

复核人: 李

检测人: 李