编号：YNH/AJ-15-12-2015

血小板分析仪专用质控品出厂检验报告

[illegible]

[illegible]

仪器编号：P2NH005C

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
瓶内均匀性	PLT≤100×10⁹/L，RBC、MCV、PLT 和 MPV 的 SD≤5；PLT＞100×10⁹/L，RBC、MCV 和 MPV 的 CV≤5%，PLT 的 CV≤10%。	低值	RBC	0.02	√
			MCV	2.36	√
			PLT	0.96	√
			MPV	0.15	√
		中值	RBC	1.4%	√
			MCV	1.2%	√
			PLT	1.1%	√
			MPV	1.1%	√
		高值	RBC	0.7%	√
			MCV	1.6%	√
			PLT	2.3%	√
			MPV	1.3%	√
		低值	RBC	0.03	√
			MCV	2.36	√
			PLT	1.13	√
			MPV	0.12	√
	PLT＞100×10⁹/L，RBC、MCV 和 MPV 的 CV≤5%，PLT 的 CV≤10%。	[illegible]	PLT	1.8%	√
			MPV	1.1%	√
		[illegible]	PLT	2.4%	√
			MPV	2.1%	√
生物安全性	质控物的 HBsAg、HIV 1/HIV 2 抗体、HCV 抗体检测应为阴性。	检测均为阴性			√
结论	检验是否合格	合格			