

## 血小板分析仪专用质控品出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 器械注册证编号: 20103400008

检验日期: 2025.07.31

规格: 200PCS

试剂盒批号: 2250728

仪器型号: PL-12

仪器编号: P2NH005C

生物安全检测试剂盒名称	批号	有效期	厂家
生物安全检测试剂盒(乙肝)	2250728	2025.07.31	上海科华
生物安全检测试剂盒(梅毒)	2250728	2025.07.31	上海科华
生物安全检测试剂盒(艾滋病)	2250728	2025.07.31	上海科华

检测项目	要求	结果	判定
外观性状	为一种白色粉末状物质, 可溶于水。	符合规定	合格
包装量	符合规定要求。	符合规定	合格
规格	符合规定要求。	符合规定	合格

检测项目	要求	结果			判定
		批号	有效期	厂家	
血小板计数	PLT <math>100 \times 10^9/L</math>, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT 的 CV <math>\le 10\%</math>.	2250728	2025.07.31	上海科华	合格
		2250728	2025.07.31	上海科华	合格
		2250728	2025.07.31	上海科华	合格
血小板压积	PLT <math>100 \times 10^9/L</math>, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT 的 CV <math>\le 10\%</math>.	2250728	2025.07.31	上海科华	合格
		2250728	2025.07.31	上海科华	合格
		2250728	2025.07.31	上海科华	合格
血小板平均体积	PLT <math>100 \times 10^9/L</math>, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT 的 CV <math>\le 10\%</math>.	2250728	2025.07.31	上海科华	合格
		2250728	2025.07.31	上海科华	合格
		2250728	2025.07.31	上海科华	合格
血小板分布宽度	PLT <math>100 \times 10^9/L</math>, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT 的 CV <math>\le 10\%</math>.	2250728	2025.07.31	上海科华	合格
		2250728	2025.07.31	上海科华	合格
		2250728	2025.07.31	上海科华	合格
生物安全自测	检测试剂盒(乙肝, 梅毒, 艾滋病)均为阴性。	符合规定	合格	合格	
备注	按说明书使用				合格

检验人: 李华

复核人: 张明

