

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏镇械备 20240098

检验日期: 2025.08.11 试剂批号: 22508071

产品型号: PLR-01 配套清洗液批号: 22507081

试剂规格: 1L、20L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH计	电导率仪	冰点渗透压
仪器编号	P2JN016C	600408N0016120545	610708050039	0614

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
pH 值	25°C时, 7.10±0.20	7.14	7.12	7.12	7.12	√
电导率	25°C时, 17.30±0.50mS/cm	17.33	17.34	17.34	17.34	√
渗透浓度	310±10mOsm/kg	314	313	313	313	√
空白值	PLT≤2.5×10 ⁵ /L	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格	合格				

