

编号: YNH/AJ-15-02-2012

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2024.04.12

试剂批号: 22404091

配套稀释液批号: 22404071

试剂规格: 1L、5L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	R25H001C	600408N0016120545

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√) 不合格(×)	
		检测1	检测2	检测3	均值		
外观	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√	
净含量	不低于标识值	5L	5.03L	5.03L	5.02L	5.03L	√

检验日期	2024.04.12	检验地点	江苏英莱医疗技术有限公司
检验员	张明	审核员	李强
检验员	张明	审核员	李强
检验员	张明	审核员	李强



检验员: 张明 审核员: 李强 日期: 2024.04.12