

编号: YNH/A1.15.02.2012

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验项目	要求	检测数据				合格(√) 不合格(×)
		检测1	检测2	检测3	均值	
外观	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标识值 5L	5.03L	5.03L	5.02L	5.03L	√
pH 值	25±1℃时, 7.00±0.50。	检测温度: 25.0℃				√
		7.24	7.24	7.25	7.24	
空白值	RBC ≤ 0.05 × 10 ⁹ /L	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	PLT ≤ 10 × 10 ⁹ /L	0	0	0	0	√
清洗率	清洗率大于 90%。	98.6%				√
结论	检验是否合格					



2015 同造 同造