

编号: YNH/AJ-15-02-2012

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2024.10.24

试剂批号: 22410231

配套稀释液批号: 22409052

试剂规格: 1L、5L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	P2HH001C	600408N0016120545

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)	
		检测 1	检测 2	检测 3	均值		
外观	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√	
净含量	不低于标识值	5L	5.02L	5.03L	5.02L	5.03L	√

检验项目	要求	7.12	7.14	7.10	7.10
RBC (10 ¹² /L)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLT (10 ⁹ /L)	0	0	0	0	0
检验员	检验员: 王利华	检验日期: 2024.10.24			