

血细胞分析用稀释液出厂检验报告

合同号:

产品名称	血细胞分析用稀释液	规格	250ml/瓶
生产批号	20140607010000000000	生产日期	20140607

检测项目	检验要求	检测结果				结果判定
		检测1	检测2	检测3	检测4	
外观	无色透明液体, 不得有杂质, 颗粒或凝块物					合格
pH值	不低于6.5					合格
电导率	符合GB 15481-2009中规定					合格
渗透压	250mOsm/kg	210	210	210	210	合格
	270mOsm/kg	270	270	270	270	合格
蛋白含量	符合GB 15481-2009中规定	0.1	0.1	0.1	0.1	合格
	符合GB 15481-2009中规定	0.1	0.1	0.1	0.1	合格
细菌	符合GB 15481-2009中规定	0	0	0	0	合格



检验人:

审核人:

负责人: