

编号: YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称: NCH 清洗液

试剂批号: 2240119

检验日期: 2024.01.20

试剂规格: 100ml×1

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	100.2mL	√
pH 值测定	SBD 清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$ 时的 pH 值应 ≥ 12 ; NCH 清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$ 时的 pH 值应为 7.75-7.85。	检测温度: 25.0°C	√
		7.79	
清洗率	清洗率 $\geq 90\%$ 。	95%	√
结论	检验是否合格。	合格	

