

编号: YNH/AJ-15-33-2016

生化仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称: SED 清洗液

试剂批号: 2240228

检验日期: 2024.03.01

试剂规格: 40ml×5

| 检验项目 | 要求 | 检验结果 | 结果判定 |
|--------|--|---------|------|
| 外观检查 | 无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。 | 符合要求 | √ |
| 净含量测定 | 不低于标示值。 | 40.2L | √ |
| pH 值测定 | SBD 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应≥12; NCH 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应为 7.75-7.85。 | 检测温度: — | — |
| | | — | |
| 清洗率 | 清洗率大于 90%。 | 98.4% | √ |
| 结论 | 检验是否合格。 | 合格 | |



检验人: [Signature]

复核人: [Signature]

批准人: [Signature]