编号：YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称：　SED 清洗剂　　试剂批号：　2241127

	INCN 清洗液：25±1℃时的 pH 值应与标示值一致		
清洗率	清洗率大于 90%。	98.4%	√