

葡萄糖检测试剂盒（葡萄糖氧化酶法）出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号 苏械注准 20172401828

检验日期: 2025-09-28

试剂盒批号: 2250925

生化仪机型: DS-401

生化仪编号: DS1KS001

紫外可见分光光度计型号: LS

紫外可见分光光度计编号: 07701502021505006

型号	规格
160334001	R1: 32.5ml R2: 9.0ml STD: 2.0ml

检验项目: 外观检查、净含量测定、空白吸光度测定、分析灵敏度测定、准确度测定

检验项目	技术要求	实测值	符合性	判定	
外观检查	无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√	合格	
净含量测定	不低于标示值。	40	R1	32.5ml	√
			R2	9.0ml	√
			STD	2.0ml	√
空白吸光度测定	在 500nm 处, 光径 1cm 时, 空白吸光度 $A \leq 0.200$ 。	0.0174	√	合格	
分析灵敏度测定	在 500nm 处, 光径 1cm 时, 测量 1mmol/L 葡萄糖, 吸光度变化 $\Delta A_{\text{mmol/L}} \geq 0.02$ 。	0.0952	√	合格	
准确度测定	实测值与标示值偏差应在 $\pm 20\%$ 范围内。	100.12%	√	合格	

检验员: 王雪 审核员: 王雪 日期: 2025-09-28

检验员: 王雪 审核员: 王雪 日期: 2025-09-28

检验员: 王雪 审核员: 王雪 日期: 2025-09-28

检验员: 王雪 审核员: 王雪 日期: 2025-09-28

检验员: 王雪 审核员: 王雪 日期: 2025-09-28

检验员: 王雪 审核员: 王雪 日期: 2025-09-28

检验员: 王雪 审核员: 王雪 日期: 2025-09-28

检验员: 王雪 审核员: 王雪 日期: 2025-09-28

检验员: 王雪 审核员: 王雪 日期: 2025-09-28

检验员: 王雪 审核员: 王雪 日期: 2025-09-28

检验员: 王雪 审核员: 王雪 日期: 2025-09-28