

编号: YNH/AJ-15-15-2024

血细胞分析用溶血剂出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏镇械备 20240097 号

检验日期: 2023.09.25 批号: 22300231
产品型号: HB-3D 试剂规格: 500ml
配套清洗液批号: 22405201 配套稀释液批号: 22406141

序号	检验项目	检验结果	判定
1	外观	无色透明液体	合格
2	pH值	6.5-7.5	合格
3	渗透压	280-320mOsm/L	合格
4	电导率	1.0-1.5mS/cm	合格
5	吸光度	0.05-0.10	合格
6	细菌内毒素	<0.5EU/ml	合格
7	热原	符合规定	合格
8	无菌	符合规定	合格
9	稳定性	符合规定	合格
10	其他	符合规定	合格



检验人: 王芳

复核人: 张明

日期: 2023.09.25