编号：YNH/AJ-15-58-2017

尿酸检测试剂盒（尿酸酶/过氧化物酶偶联法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号 苏械注准：20172401751

检验日期：2025-09-24　　试剂盒批号：2250922

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

紫外可见分光光度计型号：L5　　紫外可见分光光度计编号：0770150202150500006

试剂盒抽检规格：

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
校准品	Sinnowa	2250922	2026-09-21	297μmol/L	

线性测定	15μmol/L；	浓度 2	2.04%	√
		浓度 3	3.49%	√
		浓度 5	12.31μmol/L	√
标准液外观检查	无色透明液体；	符合要求		√
标准液准确度测定	使用 Randox 校准品校准生化分析仪和试剂后，测定	0.13%		√
标准液均一性测定	瓶间变异系数不超过 5%	0.26%		√
结论	检验是否合格	合格		

检验人：　　复核人：