编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂盒检验报告

[redacted]

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	5.05L	5.05L	5.05L	5.05L	√
	血细胞分析仪专用清洗液：PLT≤10×10⁹/L					
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：PLT≤20×10⁹/L	0	0	0	0	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：HGB≤2g/L	—	—	—	—	
结论	检验是否合格。	合格				

检验报告专用章