

编号: YNH/AJ-15-33-2016

### 试剂出厂检验报告

试剂名称: 血小板分析仪专用清洗液

试剂批号: 22510271

检验日期: 2023.08.30

检测项目: 外观、pH值、电导率

检测项目	要求	检测结果				结果判定
		1	2	3	4	
外观	无色透明液体, 无沉淀物, 无杂质, 无异味。	符合要求				✓
pH值	25±1℃, pH=7.0	7.00				✓
	25±1℃, pH=7.00±0.05	7.02	7.05	7.03	7.03	
电导率	25±1℃, 电导率≤10 μS/cm	9.5	9.5	9.5	9.5	✓
	25±1℃, 电导率≤10 μS/cm	9.5	9.5	9.5	9.5	
	25±1℃, 电导率≤10 μS/cm	9.5	9.5	9.5	9.5	

检验人: 张强

审核人: 李华

批准人: 王明