

编号: YNH/AJ-15-58-2011

# 总胆红素（钒酸盐法）测定试剂盒出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械注准 20142400552

检验日期: 2025-10-31 试剂盒批号: 2251029

生化仪机型: DS-401 生化仪编号: DS1KS001

紫外可见分光光度计型号: L5 紫外可见分光光度计编号: 077015020215050006

试剂盒抽检规格:

型号	规格
160ml (40型)	R1: 32ml×4 R2: 8ml×4 校准品: 2ml×1

	制造商	批号	有效期至	靶值 (μmol/L)	范围 (μmol/L)
校准品	Sinnowa	2251029	2026-10-28	27umol/L	

检测项目	检测结果	判定	备注
空白对照吸光度	0.0000	合格	
空白对照吸光度	0.0000	合格	
空白对照吸光度	0.0000	合格	

成品均符合检测标准	瓶内: CV ≤ 3%; 瓶间: CV ≤ 8%。	合格
结论	检验是否合格。	合格

检验员: 王

日期: 2025.10.31

