编号：YNH/AJ-15-48-2017

丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（酶偶联速率法）出厂检验报告

校准品	Randox	1674UN	2026-04	36U/L	
有证参考物质	北京市医疗器械检验所	GBW(E)090593	/	89 U/L	

外观检查	无色或淡黄色透明液体，无悬浮物及沉淀。	符合要求			√
净含量测定	不低于标示值	40	R1	33.0ml	√
			R2	9.4ml	√
空白吸光度测定	[illegible]				
	吸光度变化△A/min≥2×10⁻⁴。				
	使用校准品校准生化分析仪和试剂后，测定有证				
线性测定	[10-50] U/L 范围内，线性绝对偏差不超过±5U/L； [50-300] U/L 范围内，线性相对偏差不超过±[illegible]%	浓度 2	7.48%	√	
		浓度 3	8.53%	√	