编号：YNH/AJ-15-59-2017

乳酸脱氢酶检测试剂盒（乳酸底物法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20172401754

检验日期：2025-12-11　　试剂盒批号：2251209

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

空白吸光度测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.500。	0.1250	√
空白吸光度变化率测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，△A/min≤0.002。	0.0002	√

检验人：梁金莲　　复核人：[illegible]　　批准人：陶婧