


编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏镇械备 20240098

序号	检验项目	检验结果	判定
1	外观	无色透明	合格
2	pH值	6.5-7.5	合格
3	渗透压	280-320 mOsm/L	合格
4	电导率	10-20 μS/cm	合格
5	细菌内毒素	<0.1 EU/mL	合格
6	热原	无	合格
7	可见异物	无	合格
8	不溶性微粒	符合标准	合格
9	无菌	符合标准	合格



检验日期: 2024年10月27日 检验员: [Signature]