编号：YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械械备 20240098

检验日期：2026.01.07　　试剂批号：20251201

产品型号：PLP-01　　配套清洗液批号：20251201

仪器名称	FL-12	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8P
仪器编号	P2IN016C	C001089N0016120545	C10708050039	0614

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测1	检测2	检测3	均值	合格（√）；不合格（×）
装量	不低于标示量	20.05L	20.05L	20.05L	20.05L	√
		检测温度：25.0℃				
渗透浓度	310±10mOsm/kg	312	313	313	313	√
空白值	PLT≤2.5×10⁵/L	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格					

质量管理部检验报告专用章

检验人：　　复核人：　　批准人：周涛