编号：YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

装量	不低于标示量	20.05L	20.05L	20.05L	20.05L	/
pH 值	25℃时，7.10±0.20	检验温度：25.0℃				
		7.12	7.13	7.13	7.13	
结论	检验是否合格	合格				