编号：YNH/AJ-15-48-2017

丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（酶偶联速率法）出厂检验报告

[redacted]

PH 计型号：PHS-3C　　PH 计编号：600408N0016120566

试剂盒抽检规格：

型号	规格
160ml(40)	R1：32ml×4　R2：8ml×4

	制造商	批号	有效期至	靶值/标示值	范围（2SD）
[redacted]					

[redacted]			
空白吸光度变化率测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，△A/min≤0.004。	0.0010	√
分析灵敏度	在 340nm 处，光径 1cm 时，测量 1U/L 的 ALT 时，吸光度变化$\triangle A_{U/L}/min \geq 2\times10^{-4}$。	4.22×10^{-4}	√
准确度测定	采用校准品校准平台分析仪和试剂盒，测定有证参考物质，相对测差≤±15%。	[redacted]	[redacted]

线性测定	[10-50]U/L 范围内，线性绝对偏差不超过±5U/L； (50-500]U/L 范围内，线性相对偏差不超过±10%。	浓度 1	5.32%	√
		浓度 2	7.22%	√
		浓度 3	9.78%	√
		浓度 4	1.49U/L	√
		浓度 5	-1.97U/L	√