

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械备 20240909

检验日期: 2026.01.26 试剂批号: 22601232
产品型号: PLR-01 配套清洗液批号: 22512261
试剂规格: 1L、20L
设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH 计	电导率仪	冰点渗透压
仪器型号	PL-12	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8P
仪器编号	P2JN016C	600408N0016120545	610708050039	0614

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
	澄清液体 不得有沉淀 颗粒					



检验人:

张俊

复核人:

张俊

批准人:

周琦