编号：YNH/AJ-15-51-2017

γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒出厂检验报告

校准品	RANDOX CAL2	1374UE	2020-11	161U/L	
质控品 1	Randox hum asy control 2	1605UD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
质控品 2	Randox hum asy control 3	1309UE	2026-10	177U/L	150-204U/L

净含量测定	不低于标示值。	40	R1	55.0ml	√
			R2	9.0ml	√
空白吸光度测定	[illegible]		[illegible]		√
[illegible]	在 405nm 处，光径 1cm 时，测量 50 U/L 的 γ-谷氨酰				
准确性测定	[illegible]；校定曲线；			1.35%	√
	指示偏差≤±15%。	质控2		2.37%	
				3.35%	
				0.59%	
重复性测定	CV≤5%。			4.19%	√
批间差测定	R≤10%				
[illegible]	[illegible]量范围内，线性回归系数 r 应不小于 0.9990			0.9990	√