葡萄糖检测试剂盒（葡萄糖氧化酶法）出厂检验报告

型号	规格
160ml(40)	R1：32ml×4　R2：8ml×4　STD：2ml×1

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
校准品	Sinnowa	2260206	2027-02-05	5.55mmol/L	
有证参考物质	卫生部临检中心	GBW（09175）	/	11.52mmol/L	
质控品1	Randox [illegible] control 2	16051IN	2028-03	6.28mmol/L	5.34-7.22mmol/L
质控品2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	对测定值小于等于10%.		
校准品均一性测定	瓶间变异系数不超过5%.	0.17%	
结论	基础是否合格	合格	