编号：YNH/AJ-15-56-2011

前白蛋白测定试剂盒出厂检验报告(免疫比浊法)

校准品	Sinnowa	2260302	2022-06-30	0.2	
质控品	长征	BS001206	2026-11-30	0.175	0.140-0.210
质控品	长征	3220250[illegible]	2025-07-31	0.81	2.09-3.13

外观检查	液体应澄清透明，无沉淀、无溶血现象。		符合要求		√
净含量测定	不低于标示值	32ml	R1	32.0ml	√
批内精密度	批内精密度：CV≤5%。		低浓度	3.39%	√
批间精密度			低浓度	3.06%	√
线性范围测定	(50-200)mg/L 范围内，线性绝对偏差不超过 20mg/L		浓度 1	1.28%	√
			浓度 2	1.06%	√
	(200-800)mg/L 范围内，线性相对偏差不超过 10%。		浓度 3	5.15%	√
			浓度 4	0.027g/L	√