编号：YNH/AJ-15-62-2017

载脂蛋白 B 检测试剂盒（免疫比浊法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求 苏械注准 20172402396

[redacted]

生化仪编号：DSTKS001

紫外可见分光光度计型号：L5

[redacted]

线性范围测定	0.4-2.0g/L 范围内，线性相对偏差不超过 10%。	浓度 2	4.27%	√
校准品外观检查	冻干粉，复溶后为淡黄色液体	符合要求	√
校准品准确度测定	使用校准品校准生化分析仪和试剂后，测定校准品，相对偏差应不大于 10%。	-0.48%	√
校准品均一性测定	瓶间变异系数不大于 10%。	0.72%	√
结论	检验是否合格。	合格

检验人：[redacted]　　复核人：[redacted]　　批准人：[redacted]

检验报告专用章