

编号: YNH/AJ-15-112-2011

血小板诱聚剂（花生四烯酸）出厂检验报告

检验依据: 血小板诱聚剂（花生四烯酸）产品技术要求: 苏械注准 20182400895

检验日期: 2026.03.30


试剂批号: 2260319

检验仪器: PL-12

仪器编号: P2NH005C

试剂规格: 4ml (1ml*4)

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 判定 |
|----|------|---|------|----|
| 1 | 外观性状 | 本品为白色粉末状或淡黄色粉末状。 | 符合 | 合格 |
| 2 | 鉴别 | 本品在紫外光下, 于 260nm 处有吸收峰, 且与对照品对照, 吸收峰一致。 | 符合 | 合格 |
| 3 | 含量测定 | 本品在 260nm 处有吸收峰, 且与对照品对照, 吸收峰一致。 | 符合 | 合格 |
| 4 | 有关物质 | 本品在 260nm 处有吸收峰, 且与对照品对照, 吸收峰一致。 | 符合 | 合格 |
| 5 | 水分测定 | 本品在 260nm 处有吸收峰, 且与对照品对照, 吸收峰一致。 | 符合 | 合格 |



检验人: 王芳

复核人: 李强

检验日期: 2026.03.30