

编号: YNH/AJ-15-13-2024

## 样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏镇械备 20240098

产品名称: 样本稀释液

规格型号: /

注册证号	苏械注准 20240098	生产许可证号	苏械生产许 证 20240098	有效期至	2024-12-31
注册人	苏州工业园区医疗器械有限公司	生产企业	苏州工业园区医疗器械有限公司	经销商	苏州工业园区医疗器械有限公司
医疗器械名称	样本稀释液	医疗器械型号规格	样本稀释液	医疗器械注册证编号	苏械注准 20240098

物料名称	原料	检验器具	标准	检验日期	2024-10-27
规格	符合技术要求	检验方法	符合技术要求	检验地点	苏州工业园区医疗器械有限公司

检验项目	外观检查、pH值测定、渗透压测定、电导率测定	判定结果	合格
检验结果	符合技术要求	判定依据	符合技术要求

外观	25℃时, 7.10±0.20	渗透压	符合技术要求
电导率	25℃时, 17.50±0.50mS/cm	电导率	符合技术要求
外观检查	符合技术要求	判定	合格
电导率	符合技术要求	判定	合格
结论	符合技术要求	判定	合格



检验员: 王明

审核员: 张华

日期: 2024.10.27