葡萄糖检测试剂盒（葡萄糖氧化酶法）出厂检验报告

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
校准品	Sinnowa	2260403	2027-04-02	5.55mmol/L	
有证参考物质	卫生部临检中心	GBW（09175）		11.52mmol/L	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	R1 为无色可透红色透明液体，R2 为无色透明液体，均		
分析灵敏度测定	在 500nm 处，光径 1cm 时，测量 1mmol/L 的 GLU 时，吸光度变化 ΔA ≥ 0.02	0.0[illegible]	√
准确度测定	实测值与标示值相差应在±20%范围内。	0.29%	√
精密度测定	批内精密度 CV≤5%。	批内 [illegible] 0.[illegible] [illegible] 1.52%	√
		浓度 5 0.02mmol/L	√
校准品均一性测定	瓶间变异系数不超过 5%	0.21%	√