编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：XCH 清洗液　　试剂批号：22A0410

检验日期：2026.04.13　　试剂规格：100ml×6

项目	检验内容	检测结果				判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒					
pH 值	SRD 清洗液：25±1℃，pH≥12； 血分析仪专用清洗液：25±1℃，pH=7.00±0.50； HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：25±1℃，pH=7.10±0.20。	检测温度：25.0℃				
		7.78	7.77	7.77	7.77	√
空白值	血分析仪专用清洗液：RBC≤0.03×10^{12}/L HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：RBC≤0.03×10^{12}/L	—	—	—	—	
	血分析仪专用清洗液：PLT≤10×10^{9}/L HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：PLT≤20×10^{9}/L	—	—	—	—	
结论	检验是否合格。					