编号：YNH/AJ-15-51-2017

γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒出厂检验报告

（L-γ-谷氨酰-3-羧基-对硝基苯胺底物法）

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20182401591

在试剂测量范围内，线性相关系数 r 应不小于 0.9900。		0.9999	√
线性测定	110-50]U/L 范围内，线性绝对偏差不超过 5 U/L； (50-450]U/L 范围内，线性相对偏差不超过 10%。	浓度 1	1.79%
		浓度 2	4.37%
		浓度 3	6.52%
		浓度 4	2.00U/L
		浓度 5	4.84U/L
结论	检验是否合格。		合格