

肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械注准 20142400581
检验日期: 2026-05-12 试剂盒批号: 2260511
生化仪机型: DS-401 生化仪编号: DSTKS001
紫外可见分光光度计型号: 63 紫外可见分光光度计编号: 977015020215050006

试剂盒抽检规格:

型号	规格
40 型	R1: 32ml×4 R2: 8ml×4

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围 (2SD)
样本	Sinnova	2260424	2027-04-23	100umol/L	
质控品	Sinnova	2260550		92.5umol/L	
质控品	Sinnova	2240522N	2027-5	110umol/L	88-121umol/L

批号	2260511	有效期至	2027-04-23
规格	40 型	靶值	100umol/L
范围 (2SD)		质控品	92.5umol/L
制造商	Sinnova	批号	2260424
有效期至	2027-04-23	靶值	100umol/L
范围 (2SD)		质控品	92.5umol/L
制造商	Sinnova	批号	2260550
有效期至		靶值	110umol/L
范围 (2SD)		质控品	88-121umol/L