

编号: YNH/AJ-15-111-2011

血小板诱聚剂(胶原)出厂检验报告

检验依据: 血小板诱聚剂(胶原)产品技术要求, 苏械注准 20182400893

检验日期: 2026.05.12 试剂批号: 2260512

仪器型号: PL-12 仪器编号: P2NH005C

试剂规格: 4ml (1ml×4)

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	无色透明液体。	符合要求	√
装合量	不低于标称量。	4.0ml	√
重复性	测定血液标本时, 血小板聚集率的变异系数(CV) 应不大于10%。	2.58%	√

